

투피스 파우치 시스템

용품 수집



파우치, 피부 장벽, 폐기용 가방, 티슈 및/또는 청소용 천, 물을 준비합니다. 선택사항: 가위, 펜, 측정 가이드 및/또는 부속품.

피부장벽과 파우치를 준비하십시오.



모든 장벽을 적용하기 전에 장루 측정 가이드를 사용하여 장루를 측정합니다(기준 크기의 장벽 구멍을 사용하는 경우 7단계로 이동).

필요한 경우 브이거나 링 추가



해당되는 경우 사용 지침에 따라 구멍 주변에 배리어 링 또는 얇은 페이스트 비드를 사용하십시오.



사용한 파우치 시스템 제거



접착제의 가장자리를 조심스럽게 들어 올려 아래로 떼어내면서 피부를 피부 장벽에서 부드럽게 밀어냅니다. 사용한 파우치와 피부 장벽은 적절히 폐기하십시오. 변기에 버리지 마십시오.

깨끗하고 건조한 피부



보건의료직 종사자가 권장하는 대로 물이나 순한 비누로 피부를 씻으십시오. 완전히 행구고 말립니다. 오일, 파우더, 로션, 로션형 비누를 피부에 바르지 마십시오.

피부 상태 확인




장루 주변의 피부가 자극, 발진, 발적 없이 온전한지 확인하십시오.*

*자극, 발진 또는 발적이 있다면 WOCNSWOC 간호사에게 문의하십시오.



피부 장벽에 있는 장벽 크기 구멍을 찾아냅니다. 피부 장벽은 피부와 장루가 만나는 곳에 맞아야 합니다. 누출과 피부 자극을 방지하기 위해 피부 장벽과 장루 사이에 피부가 보이지 않는지 확인하십시오.



작은 곡선형 가위를 사용하여 패턴에 맞게 피부 장벽의 구멍을 조심스럽게 자릅니다. 이형 필름의 선을 넘어 자르지 마십시오.



피부 장벽에서 이형 필름을 제거합니다.

새로운 파우치 시스템 적용



피부장벽 구멍을 다이아몬드 모양의 장루 위 중앙에 놓습니다.

테이프 테두리가 있는 장벽의 경우, 양면 중 뒷면 종이를 제거하고 접착제를 피부에 부드럽게 누릅니다.



피부 장벽에 약 1분 동안 부드러운 압력을 가해 밀착력을 높입니다.



파우치 플랜지와 피부 장벽 플랜지의 아래쪽 가장자리를 맞물리게 하여 파우치를 피부 장벽에 부착합니다.

두 플랜지를 함께 누릅니다. 딸깍 하는 소리가 나면 제대로 하고 있는 것이 맞습니다. 더 이상 "딸깍" 소리가 나지 않으면 파우치가 고정됐다는 뜻입니다.



요루형 파우치를 사용하는 경우 배수 밸브가 닫혀 있는지 확인하십시오. 배수 밸브의 물방울은 파우치의 몸통 쪽을 향해야 합니다.

원하면 상자에 제공된 캡을 사용하십시오.

장루 관리 팁

투피스 파우치 시스템

팁	제품 목록	재고 번호
<ul style="list-style-type: none">장루 주변의 피부에는 발진이나 염증의 징후가 없어야 합니다.자극받은 피부는 보건의료직 종사자의 진료를 받아야 합니다.배리어 링이나 페이스트를 사용하는 경우, 지시에 따라 장루 구멍 옆 피부 장벽의 끈적끈적한 면에 붙입니다.수술 후 장루가 부어오를 수 있습니다. 장루가 영구적인 크기로 줄어들려면 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 수 있습니다.장루를 씻을 때 약간의 출혈이 있을 수 있습니다피부 보호 물티슈의 사용은 착용 시간을 단축시킬 수 있으므로 피부 장벽을 장시간 착용 시 권장되지 않습니다.	<p>투피스 파우치 시스템</p> <p>피부 장벽 _____</p> <p>파우치 _____</p> <p>부속품</p> <p>배리어 링 _____</p> <p>장루 벨트 _____</p> <p>페이스트 _____</p> <p>윤활 탈취제 _____</p> <p>장루 파우더 _____</p> <p>기타 _____</p>	

추가 지침

미국 내에서 제품에 관한 질문, 샘플링 요구, 제품에 대한 자세한 임상 질문은 **1.888.808.7456**으로 문의하십시오.
캐나다의 경우 **1.800.263.7400**으로 문의하십시오.

www.hollister.com

피부 장벽을 사용하기 전에 피부가 깨끗하고 건조한 상태여야 합니다.

사용하기 전에 사용 지침을 읽어 사용 목적, 금기 사항, 경고, 주의 사항 및 지침에 대한 정보를 숙지하십시오.

Hollister 로고 로크롤 및 "건강한 피부 글정적이 결과"는 Hollister Incorporated의 상표입니다.

© 2018 Hollister Incorporated 923081-1118 LIS-00666



Ostomy Care